APLICACIÓN MÓVIL T:CONNECT

Emparejar la aplicación móvil

Una vez finalizado el proceso de emparejamiento, los datos de la bomba y de la terapia se cargan de forma inalámbrica a la plataforma Tandem Source.*

Nota: Estas instrucciones sirven de referencia para los usuarios de la bomba y los cuidadores que ya estén familiarizados con el uso de bombas de insulina y con la terapia de insulina en general. No se muestran todas las pantallas. Para obtener información más detallada sobre el manejo de la bomba t:slim X2, consulte su respectiva guía del usuario.



1

En Google Play o en App Store de un teléfono inteligente compatible, busque “t:connect” e instale la aplicación móvil t:connect.



2

Abra la aplicación móvil t:connect e inicie sesión con las credenciales existentes o cree una cuenta.

Dato sobre la bomba: La bomba únicamente se podrá emparejar con un solo teléfono inteligente y una sola cuenta de la aplicación móvil t:connect. La bomba está diseñada para rechazar toda conexión no autorizada.

En la pantalla de inicio, toque **OPTIONS** (OPCIONES).

Nota: Para que la bomba de insulina t:slim X2 se comunique correctamente con la aplicación móvil, es necesario emparejar la bomba con un teléfono inteligente compatible a través de la tecnología *Bluetooth®*.

Toque la flecha hacia abajo y luego toque **Device Settings** (Configuración del dispositivo).

Toque **Bluetooth Settings** (Configuración de Bluetooth).

Nota: Si no aparece la opción Bluetooth Settings, visite source.tandemdiabetes.com para ver si es necesario actualizar el software de la bomba.

Pase el icono alternante a la posición de activación.



Toque ✔ para continuar.

Se muestra la pantalla CONNECTION ON (CONEXIÓN ACTIVADA).



Aparecerá una pantalla de confirmación en la que se pregunta si hay que emparejar la bomba. Toque ✔ para continuar.



Seleccione **Begin** (Comenzar) y luego **OK** (Aceptar) en la pantalla de confirmación.

⚑ **Nota:** Compruebe que la bomba de insulina t:slim X2 esté cerca del teléfono inteligente.



Seleccione el botón de opción situado junto a la bomba y toque **Next** (Siguiente).

Continúe al otro lado →

Función de bolo remoto
La aplicación móvil t:connect ofrece a los usuarios la libertad de administrarse bolos desde su teléfono inteligente, sin necesidad de tocar su bomba de insulina t:slim X2.† Esa mayor flexibilidad significa que pueden llevar puesta la bomba en más lugares.

* Las cargas a la plataforma Tandem Source no se realizan en tiempo real; por tal motivo, ni los usuarios de la bomba, ni los profesionales del cuidado de la salud o los cuidadores podrán basarse en ellas para el monitoreo remoto del paciente. Podrían aplicarse las tarifas habituales de datos. † Para administrar bolos desde la aplicación móvil t:connect se requieren: un modelo de teléfono inteligente y sistema operativo compatibles, una actualización de la aplicación, una actualización del software remoto en la bomba de insulina t:slim X2 y capacitación adicional.

Información importante de seguridad: VENTA ÚNICAMENTE BAJO RECETA. La bomba de insulina t:slim X2 con tecnología interoperable es una bomba habilitada para control alternativo (*alternate controller enabled, ACE*) destinada a la administración subcutánea de insulina, en tasas establecidas y variables, para el manejo de la diabetes mellitus en personas dependientes de insulina. La bomba puede comunicarse de forma fiable y segura con dispositivos compatibles conectados por vía digital —lo que incluye un software de administración automatizada de insulina— para recibir, ejecutar y confirmar los comandos de estos dispositivos. La bomba está indicada para personas mayores de 6 años de edad. La bomba está diseñada para usarse en el hogar en un solo paciente, y requiere una receta médica. La bomba está indicada para usarse con insulina U-100 únicamente. Los usuarios de la bomba deben: tener la capacidad y la voluntad de usar la bomba de insulina y todos los demás componentes del sistema según sus respectivas instrucciones de uso; medirse los niveles de glucemia según las recomendaciones de su profesional del cuidado de la salud; demostrar habilidades adecuadas para contar carbohidratos; mantener habilidades adecuadas de autocuidado de la diabetes; consultar periódicamente con profesionales del cuidado de la salud; y tener capacidades visuales y/o auditivas adecuadas para reconocer todas las funciones de la bomba, incluidos sus alertas, alarmas y recordatorios. La bomba t:slim X2 y el sensor y el transmisor de MCG se deben retirar antes de tratamientos de diatermia y exploraciones por resonancia magnética o tomografía computarizada. Visite tandemdiabetes.com/safetyinfo para ver más información importante de seguridad.

Aplicación móvil t:connect: El conjunto de funciones disponibles en la aplicación móvil t:connect depende de la versión del software de la bomba y del modelo y sistema operativo del teléfono inteligente compatible.

- El conjunto de funciones **Display and Data Upload** (Visualización y carga de datos) ofrece una pantalla secundaria de información de la bomba y el monitoreo continuo de la glucosa (MCG) —incluida la pantalla de las alertas y alarmas de la bomba— , y permite la carga inalámbrica de datos de la bomba y el MCG a la nube de Tandem a través de una conexión de datos inalámbrica o por Internet. Podrían aplicarse las tarifas habituales de datos.
- El conjunto de funciones **Bolus Delivery plus Display and Data Upload** (Administración de bolos más visualización y carga de datos) permite además que los usuarios soliciten, paren y cancelen bolos en la bomba desde la aplicación móvil t:connect. Para poder usar la función Bolus Delivery (Administración de bolos) de la aplicación móvil t:connect, deberá estar habilitado al menos un ajuste de seguridad del teléfono inteligente.
- **ADVERTENCIA:** Si su teléfono inteligente no es compatible con la función Bolus Delivery (Administración de bolos), guíese siempre por la información de su bomba cuando vaya a tomar decisiones de tratamiento.
- **PRECAUCIONES:** Si su teléfono no es compatible o se le extravía o daña, o si pierde la conectividad Bluetooth® con su bomba, guíese siempre por la información de su bomba cuando vaya a tomar decisiones de tratamiento. Las alertas y alarmas importantes de la bomba se recibirán como notificaciones de la aplicación únicamente cuando estén habilitadas dichas alertas o alarmas y la aplicación esté activa o ejecutándose en segundo plano.

© 2023 Tandem Diabetes Care, Inc. Todos los derechos reservados. Tandem Diabetes Care, el logotipo de Tandem, t:connect, t:slim X2 y Tandem Source son marcas registradas o comerciales de Tandem Diabetes Care, Inc. en Estados Unidos y/u otros países. La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. Cualquier uso de dichas marcas por parte de Tandem Diabetes Care se realiza bajo licencia. Apple y el logotipo de Apple son marcas comerciales de Apple Inc. registradas en Estados Unidos y otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc. Google Play y el logotipo de Google Play son marcas comerciales de Google LLC. ML-1012159_A

Emparejar la aplicación móvil (continuación)



Se generará automáticamente un código de emparejamiento único. Según la versión del software de la bomba, este será un código de 6 dígitos . . .



. . . o un código de 16 caracteres.

NO presione ✕ ni OK, ya que eso cancelaría el proceso.

Nota: El código de emparejamiento es válido solo durante 5 minutos. Si el código expira, habrá que reiniciar el proceso de emparejamiento.



En la aplicación móvil, ingrese el código de emparejamiento y toque **Pair with pump** (Emparejar con bomba).

Nota: El código de 16 caracteres distingue entre mayúsculas y minúsculas y debe ingresarse exactamente como se muestra.



Aparecerá una pantalla de confirmación en la bomba. Toque OK (Aceptar) para continuar.

Presione **Sync pump data** (Sincronizar datos de la bomba) para importar los datos recientes de la bomba de insulina.



Una vez que la aplicación móvil t:connect muestra los datos de la bomba, ya es posible visualizarlos.

Configuración del teléfono inteligente

- Al usar la aplicación t:connect, apague siempre el modo de acercamiento (“zoom”). Si está encendido, guíese por la información de la bomba de insulina para todas las decisiones relativas a la terapia.
- Siempre encienda las notificaciones y desactive la optimización de la batería, para así poder recibir alertas, alarmas y notificaciones de la bomba en el teléfono inteligente emparejado
- Habilite la seguridad del teléfono inteligente (por ejemplo, bloqueo de pantalla, código de acceso, reconocimiento de rostros) antes de administrar un bolo desde la aplicación†

Visite **tandemdiabetes.com/mobilesupport** para obtener más información sobre el ajuste y la configuración del teléfono inteligente emparejado. Entre los temas importantes se incluye una lista de dispositivos compatibles y el manejo de las actualizaciones del sistema operativo del teléfono.